

Техническое задание на закуп pH метра для замера pH воды на участке ОСПС ЗИФ .

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Высокоточный лабораторный pH-метр
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	2 шт
2	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	2-4 недели со дня размещения заказа
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	Поставщик обязан предоставить коммерческое предложение на основании представленных параметров.
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	<p>Высокоточный лабораторный pH-метр в формате тонкого планшета. Дисплей 5-6 дюймов с сенсорной панелью (для работы в перчатках).</p> <p>Оснащение цифровыми электродами, которые хранят данные калибровки внутри себя.</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • цифровой pH-электрод • буферные растворы • раствор для очистки • настольная подставка • адаптер питания <p>Диапазон измерений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pH: от 2.00 до 16.00 pH <p>Калибровка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поддерживаемые буферы: 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45. <p>Точность: ± 0.01 pH</p>
6	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обязательное наличие руководства по эксплуатации и ремонту; 2. Список рекомендуемых запасных частей; 3. Перечень поставщиков, у которых имеются запчасти для дальнейшего приобретения; 4. Видео/аудио материалы по эксплуатации и ремонту приветствуются.
7	Гарантийные обязательства	Информация о гарантии и ее условиях должны быть прописаны в коммерческом предложении.