

Техническое задание на приобретение капели для ОИАЛ

п/п №	Параметры требований закупасмых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам.
1	Наименование/вид, назначение	Капели лабораторные (купеляционные) Назначение: Для купеляции свинцовых веркблеев при пробирном анализе золота и серебра (Au–Ag).
2	Место выполнения работ	Кыргызстан, Иссык-Кульская область, рудник «Кумтор», Отдел инспекции и аналитической лаборатории.
3	Технические требования	Материал: Оксид магния (MgO) Содержание MgO: не менее 96 % Содержание Fe ₂ O ₃ : не более 0,3 % (желательно ≤ 0,2 %) Содержание SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , щелочных оксидов: минимальное Высота: 32 - 34 мм Диаметр: 40 - 42 мм Диаметр основания: 30 -32 мм Диаметр верхней части: 31 -32 мм Высота края: 12 -14 мм Глубина рабочей части: 12 - 14 мм Масса одной капели: около 72-74г Температурная стойкость: не менее 1150–1200 °С
4	Требования к Поставщику Документация, прилагаемая к поставке	Гарантийное письмо о соответствии продукции заявленным требованиям, сертификат качества.
5	Прочие требования	Форма: стандартная лабораторная капель, совместимая с муфельными печами. Структура: равномернопористая, без стеклования, без трещин и сколов Химическая стойкость: устойчива к PbO, не поглощает Au и Ag
6	Необходимое количество	360000 шт.
7	Условия оплаты и сроки выполнения работ	Рассмотреть в Договоре.