

Техническое задание на приобретение центрифуги для ОИАЛ

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам.
1	Наименование/вид, назначение	Центрифуга переносная. Предназначение: Центрифуга переносная, настольная, периодического действия, с цифровой системой управления. Предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см ³ в поле центробежных сил.
2	Место выполнения работ	Кыргызстан, Иссык-Кульская область, рудник «Кумтор», Отдел инспекции и аналитической лаборатории.
3	Технические требования	1. Тип: Переносная, настольная центрифуга. 2. Размеры ячеек для пробирок: Высота 150 мм, внешний диаметр 19 мм. 3. Количество пробирок, устанавливаемых в пробиркодержатель – минимум 12 шт. 4. Скорость: от 500 об/мин. с дис-кретностью 100 об/мин. 5. Время установления рабочего режима и время торможения — не более 3 минут. 6. Обеспечивающий задание времени центрифугирования от 0 до 99 минут с дискретностью 1 мин. 7. Напряжение 220 В / 50 Гц. 8. Устойчивая к коррозии. 9. Уровень шума: не критично, не превышает стандартных требований к лабораторному оборудованию.
4	Требования к Поставщику Документация, прилагаемая к поставке	1. Наличие сертификатов на оборудование. 2. Техническая документация (инструкция по эксплуатации). 3. Гарантия и условия сервиса. 4. Актуальные данные о наличии запасных частей. 5. Поддержка по вопросам эксплуатации.
5	Прочие требования	1. Гарантия на оборудование не менее 1 года. 2. Сервисное обслуживание и поддержка. 3. Доставка в срок, согласованный с заказчиком. 4. Условия возврата или обмена оборудования. 5. Дополнительные ячейки для пробирок (толщина пробирок 35мм, высота пробирок 120мм.)

6	Необходимое количество	Уточняется при заказе
7	Условия оплаты и сроки выполнения работ	Рассмотреть в Договоре.