

### Техническое задание на закуп лабораторного миксера.

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Для перемешивания, гомогенизации и диспергирования различных веществ в научных и промышленных лабораториях.
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	Электрический лабораторный миксер (лабораторная мешалка). В количестве 10 единиц, со всеми комплектующими.
2	Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Один месяц со дня размещения заказа
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	Поставщик обязан предоставить коммерческое предложение на основании представленных параметров лабораторной мешалки (миксера)
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	<p>Двигатель: вал пропеллера диаметром 3/8 дюйма * 12 дюймов, алюминиевой муфтой, монтажным стержнем диаметром 9/16 дюймов * 10 дюймов, с электрическим кабелем на 220В.</p> <p>Мощность в л.с: 1/14 л.с.</p> <p>Макс. Обороты в мин: 2000 об/мин</p> <p>Эл. Мощность: 220-230В.</p> <p>Максимальный объем перемешивания 20литров</p> <p>Мешалка должны быть оснащена регулятором скорости, и кнопкой вкл/откл.</p> <p>Мешалка должна иметь крепления или опору для подвешивания на стойке.</p>
6	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по	Поставщик обязан предоставить заказчик: Инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия. (Предоставить весь комплект с полной комплектацией запчастей)

	завершению и сдаче работ	
7	Гарантийные обязательства	Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента поставки, включая бесплатное устранение заводских дефектов.