

Техническое задание на приобретение HotBlock Pro для ОИАЛ

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам.
1	Наименование/вид, назначение	HotBlock Pro представляет собой графитовый блок для кислотного разложения (минерализации) образцов различной природы при проведении подготовки образцов к спектральному анализу методами атомно-абсорбционной спектроскопии, ICP-OES.
2	Место выполнения работ	Кыргызстан, Иссык-Кульская область, рудник «Кумтор», Отдел инспекции и аналитической лаборатории.
3	Технические требования	Количество ячеек: 35 Объем пробирок или стаканов: 100-150 мл. Тип пробирок: SC490 или (стаканы, колбы с объемом 100-150мл.) Температурный диапазон: до 150 °C Точность установки температуры: ± 0.1 °C Однородность температуры: ± 1.5 °C Материал блока: Графит с PTFE-покрытием Напряжение питания: 220–240 В / 50–60 Гц.
4	Требования к Поставщику Документация, прилагаемая к поставке	Гарантийное письмо о соответствии продукции заявленным требованиям, паспорт изделия, сертификат качества
5	Прочие требования	-В комплекте дополнительные расходные материалы для первичной замены - нагревательные элементы, контроллер, пробирки типа SC415 или эквивалент и т.п. -Возможность установки дополнительного штатива с другими размерами ячеек. -Возможность установки доп.термодатчика для промежуточного контроля температуры внутри камеры нагревательного блока. -При составлении КП учесть возможность эксплуатации в высокорных условиях - на высоте выше 4000 м, н.у.м.
6	Необходимое количество	Уточняется при заказе
7	Условия оплаты и сроки выполнения работ	Рассмотреть в Договоре.

