

Техническое задание на приобретение лабораторных чашек (алюминиевых и/или из нержавеющей стали) для участка пробоподготовки ОИАЛ

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам.
1	Наименование/вид, назначение	Лабораторные чашки (алюминиевые и/или из нержавеющей стали) Назначение: Для сушки проб на участке первичной пробоподготовки ОИАЛ при температуре до 105-110 °С
2	Место выполнения работ	Кыргызстан, Иссык-Кульская область, рудник «Кумтор», Отдел инспекции и аналитической лаборатории.
3	Технические требования	Тип: Лабораторная чашка Форма чашки: Прямоугольная Габаритные размеры (мм): Длина: ~240 мм. Ширина: ~140 мм. Высота: ~50 мм. Толщина стенки: ~2-3 мм. Материал: Жаропрочная нержавеющая сталь или алюминий Температурная стойкость: Не менее 120–150 °С Устойчивость: К коррозии и к воздействию агрессивных химических веществ (различные виды руды)
4	Требования к Поставщику Документация, прилагаемая к поставке	Гарантийное письмо о соответствии продукции заявленным требованиям, сертификат качества.
5	Прочие требования	Требования к поверхности: Внутренняя поверхность чашки — гладкая без швов, без пор и дефектов Внешняя поверхность — допускается технологическая шероховатость.
6	Необходимое количество	200 шт.
7	Условия оплаты и сроки выполнения работ	Рассмотреть в Договоре.

