

Техническое задание
на закуп минерального масла, используемого в термостатических ваннах для вискозиметра
S-Flow IV+

п/п №	Параметры требований закупаемого товара	Конкретные требования к товарам
1	Наименование и количество	Минеральное масло, в количестве 10 литров
2	Место поставки товара	Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9
3	Сроки (периоды) поставки товара.	Наиболее краткие сроки поставки будут являться преимуществом.
4	Требования к поставляемому товару	1. Приобретаемое минеральное масло для термостатических ванн вискозиметра S-Flow IV+ должен обладать следующими свойствами: ➤ Высокая термическая стабильность – масло не должно разлагаться при длительном нагреве; ➤ Точная теплопередача – обеспечивает равномерную температуру по всей ванне вискозиметра; ➤ Низкая летучесть – не испаряется сильно даже при 100–200 °C; ➤ Вязкость кинематическая при 40°C, 20–100 мм²/с; 2. Совместимость с оборудованием: ➤ Минеральное масло должно быть полностью совместим с термическими ваннами вискозиметра S-Flow IV+. ➤ Производитель масла должен подтвердить возможность его применения в термостатных моделях аналогичных или идентичных используемые в вискозиметре S-Flow IV+. 3. Электрические и химические свойства: ➤ Химическая стабильность при длительном нагреве; ➤ Электрически не проводящая; ➤ Масло не должно вызывать коррозию или загрязнения оборудования, не вступать в реакцию с материалами ванны (нержавеющая сталь, стекло, тефлон и др.); ➤ Без агрессивных добавок; ➤ Без запаха 4. Температурный диапазон применения: ➤ Рабочий диапазон применения: + 20 °C до +150 °C (предпочтительно до +200°C); ➤ Температура вспышки (в открытом тигле): не менее 200°C; ➤ Температура воспламенения: не менее 220°C; ➤ Температура застывания: не выше -10 °C; 5. Требование к упаковке:

	и иных документов на товар.	2. При каждой поставке минерального масла, предназначенного для использования в вискозиметре S-Flow IV+, Поставщик обязан передать Заказчику комплект технической и сопроводительной документации, подтверждающий качество, происхождения и соответствие продукции заявленным характеристикам; 3. Паспорт качества (или сертификат анализа) – на каждую партию, с указанием: ➤ Марки масла; ➤ Номер партии и дата производства; ➤ Значений вязкости (при заданной температуре); ➤ Плотности; ➤ Условий хранения и срока годности; ➤ Информация о производстве; 4. Сертификат соответствия – документ, подтверждающий соответствие масла требованиям нормативной документации, при наличии; 5. Инструкция по применению (при наличии) – или описание параметров масла, допустимы условий хранения, совместимости с оборудованием S-Flow IV+; 6. Отсутствие полного комплекта указанных документов при передаче товаров является основанием для отказа в приемке до устранения нарушений;
7	Гарантийные обязательства.	1. Поставщик гарантирует, что поставляемое минеральное масло предназначено для использование в лабораторных вискозиметрах S-Flow, и соответствует необходимым физико-химическим параметрам, указанным в технической документации. 2. Гарантийный срок на поставляемое масло составляет не менее 12 месяцев с даты поставки, при условии соблюдения условий хранения, указанных в паспорте качества. 3. В течение гарантийного срока Заказчик вправе предъявить претензию Поставщику в следующих случаях: ➤ Несоответствие физико-химических показателей паспортным значениям; ➤ Наличие осадка, помутнения, изменения цвета, расслоение и иные визуальные дефекты; ➤ Невозможность использования масла в вискозиметре из-за выявленных отклонений; ➤ Нарушение условий хранения или истекший срок годности до момента поставки; 4. При выявлении несоответствий продукции требованиям, Поставщик обязан:

		➤ Упаковка должно плотно закрываться иметь маркировку на упаковке: наименование продукта, дата изготовления, срок годности, технические характеристики, производитель; ➤ Объем от 5 до 10 литров ➤ Тара: пластиковая или металлическая; ➤ Условия: минеральное масло должно быть герметично упаковано, без подтеков, тара не должна быть повреждена; 6. Требование к документам ➤ Паспорт и сертификат качества от производителя на каждую партию; ➤ Материал безопасности (MSDS); ➤ Сертификат соответствие;
5	Порядок сдачи и приемки товаров.	1. При поставке минерального масла для вискозиметра S-Flow IV+ Поставщик обязан передать полный комплект сопроводительных документов; 2. Приемка товара Заказчиком проводится в два этапа: ➤ Визуальный контроль и проверка комплектности: в момент поставки на складе Заказчика осуществляется проверка количества, состояние упаковки, целостности тары и наличия всей необходимой документации. Повреждения упаковки, подтеки масла или отсутствие документов являются основанием для составления акта о несоответствия и отказа в приемке партии до устранения недостатков; ➤ Качественная приемка: проверка соответствия физических и химических показателей масла требованиям паспорта качества, технических условий и параметров, необходимым для корректной работы вискозиметра S-Flow IV+. Срок проведения качественной приемки не должен превышать 10 рабочих дней с момента поставки. По необходимости Заказчик имеет право направить образцы масла в аккредитированную лабораторию для подтверждения качества. 3. В случае выявления несоответствий по качеству или количеству товара Заказчик составляет акт о несоответствии с описанием выявленных дефектов и направляет претензию Поставщику;
6	Требования по передаче заказчику технических	1. Поставщик обязан при поставке товара передать Заказчику товарно-транспортную накладную, счет-фактуру, иные документы;

		➤ С момента получения письменного уведомления Заказчика заменить некачественную продукцию за свой счет; ➤ Либо возратить уплаченные средства по согласованию сторон; ➤ Все транспортные и сопутствующие расходы, связанные с возвратом или заменой продукции несет Поставщик;
--	--	---