

Техническое задание на приобретение огнеупорные фарфоровые тигли для ОИАЛ

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Конкретные требования к товарам, работам, услугам.
1	Наименование/вид, назначение	Огнеупорные фарфоровые тигли Назначение: Для кислотного разложения королька при пробирном анализе золота и серебра (Au–Ag).
2	Место выполнения работ	Кыргызстан, Иссык-Кульская область, рудник «Кумтор», Отдел инспекции и аналитической лаборатории.
3	Технические требования	Материал: высокотемпературный фарфор, глазурированные тигли средней формы Высота: 28 - 30 мм Диаметр вершины: 35 мм Температурная стойкость: не менее 1000 °С Цвет: чисто белый Модел: L79MF/7 (или аналог соответствующий по всем параметрам)
4	Требования к Поставщику Документация, прилагаемая к поставке	Сертификат качества
5	Прочие требования	Форма: стандартная лабораторные фарфоровые тигли (чашки), совместимая с муфельными печами. Структура: равномерная, без трещин и сколов
6	Необходимое количество	2000 шт.
7	Условия оплаты и сроки выполнения работ	Рассмотреть в Договоре.